

爱思帝达耐时（上海）驱动系统有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	爱思帝达耐时（上海）驱动系统有限公司	
检测类型	☐ 评价 ☒ 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	上海市奉贤区陈桥路1399号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	周围剂量当量率
	检测结果	电离辐射因素，合格的检测点位 <u>25</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。 合格的职业病危害因素为 <u>1</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	屠雯佳、胡基业
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：屠雯佳、胡基业 采样：张澄、罗嘉铭
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：李芳芳 陪同人员：李芳芳
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.9.17 采样时间：2024.9.20 检测时间：2024.9.20

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料

FS-0017





